

# 于都县财政局文件

于财处字〔2023〕5号

---

## 关于南昌联海实业有限公司对江西省于都县 疾病预防控制中心全自动微生物物质谱检测系 统项目（GZQH-YD-J001） 的投诉处理决定

投诉人：南昌联海实业有限公司

法定人：郭杰

联系方式：18970040978

地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 555  
号特康科技园 2 号楼 4 楼

授权：赖允发

联系方式：15297872370

被投诉人 1：江西省于都县疾病预防控制中心

联系人：赖女士

联系方式：0797-6233371

地址：江西省于都县贡江镇

**被投诉人 2：**赣州市启辉工程项目管理有限公司

联系人：林女士

联系方式：15279706354

地址：于都县贡江镇杨公路名门世家 3 栋 1 单元 301 室

**相关供应商：**江西嘉欧医疗器械有限公司

联系人：曾先生

联系方式：19907979580

地址：江西省抚州市临川区才都工业园众创基地 3 号楼一层  
东侧 130

投诉人参与了被投诉人 2 组织的“全自动微生物质谱检测系统”（项目编号：GZQH2023-YD-J001）的政府采购活动，因对被投诉人 2 的质疑答复不满意，于 2023 年 3 月 16 日向本机关提起投诉，经审查，投诉符合规定，本机关于 2023 年 3 月 16 日予以受理。现已审理终结。

### 一、项目基本情况

采购项目名称：全自动微生物质谱检测系统

采购项目编号：GZQH2023-YD-J001

采购人名称：江西省于都县疾病预防控制中心

代理机构名称：赣州启辉工程项目管理有限公司

采购文件公告：是

公告期限：2023年2月13日至2023年2月15日

采购结果公告：是

公告期限：自公告发布之日起1个工作日

## 二、投诉事项及被投诉人答复

**投诉人认为：**1. 成交供应商没有给出其提供的产品 Autos ms600 具备负离子检测模块的官方证明，该产品并不具备负离子检测模块及脂质分析功能，存在虚假应标行为。

2. 成交供应商所提供的质谱仪 Autos ms600 前级泵为外置机械隔膜泵，与谈判文件的技术参数要求不符，存在虚假应标行为。

3. 成交供应商所提供的质谱仪 Autos ms600 不满足招标文件“鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出”的要求，存在虚假应标行为。

4. 成交供应商所提供的质谱仪 Autos ms600 标配检索鉴定软件仅能给出质谱鉴定结果，无法同时给出国家级出版社提供的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果，属于虚假应标。

5. 成交供应商所提供的质谱仪 Autos ms600 特色数据库为丝状真菌及海洋菌，并无分枝杆菌数据库，属于虚假应标。

6. 成交供应商所提供的质谱仪 Autos ms600 不能提供同品牌可重复使用不锈钢靶板和一次性硅基靶板，属于虚假应标。

**投诉人请求：**对江西省于都县疾病预防控制中心全自动微生物

物质谱检测系统项目（项目编号：GZQH2023-YD-J001）进行废标处理，依法追究中标供应商提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

**被投诉人答复：**

**1. 被投诉人答复投诉事项 1。**成交供应商江西嘉欧医疗器械有限公司所提供的 Autof ms600 质谱检测系统配备负离子检测模块，可实现正负离子图谱对比分析和基于脂质指纹图谱库的微生物鉴定，此项投诉事项不成立。

**2. 被投诉人答复投诉事项 2。**成交供应商江西嘉欧医疗器械有限公司所提供的 Autof ms600 质谱检测系统的前级真空泵为内置无油隔膜泵或外置机械油泵，可以根据使用采购人实际需求选配，机械油泵更稳定，内置无油隔膜泵涉及后续保养时需要频繁拆机影响机器整体的性能稳定性，布鲁克高端型号 Auto Flex 都采用油泵，故该项投诉不成立。

**3. 被投诉人答复投诉事项 3。**成交供应商江西嘉欧医疗器械有限公司所提供的 Autof ms600 质谱检测系统为全中文界面，鉴定结果中文和拉丁文同时给出，配备在线自动校准功能，此项投诉不成立。

**4. 被投诉人答复投诉事项 4。**成交供应商提供的微生物形态图为公安部公安网备案的微生物数据云网站且在国家工业和信息化部政务服务平台进行了备案，属于国家认可，比出版社证明更具有法律效力，此项投诉不成立。

5. 被投诉人答复投诉事项 5。成交供应商江西嘉欧医疗器械有限公司所提供的 Autof ms600 质谱检测系统产品数据库完全符合技术参数要求，生产厂商提供的《安图微生物数据库部分分枝杆菌菌种清单》超过谈判文件技术参数所要求的分枝杆菌数据库种类，此项投诉不成立。

6. 被投诉人答复投诉事项 6。成交供应商江西嘉欧医疗器械有限公司所提供的 Autof ms600 质谱检测系统靶板（又称标本板，后面均以标本板称呼）有两种类型：不锈钢标本板和一次性硅基标本板，两种标本板都能与品牌型号 Autof ms600 相匹配，此项投诉不成立。

### 三、事实查明与认定

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的相关规定要求，为依法依规、公平公正处理本投诉事项，切实维护各有关当事人利益，我单位在处理投诉期间，查阅了本项目谈判文件、响应文件、质疑函和质疑回复函等相关资料，于 2023 年 3 月 24 日下午，邀请行业监管部门市场监督管理局、两位采购评审专家、采购人、采购代理机构、成交供应商、投诉人（投诉人回复在外旅游没有到场）共同开展投诉项目论证会，并向成交供应商江西嘉欧医疗器械有限公司发出调查取证通知书。2023 年 3 月 31 日下午，本机关组织采购人、代理机构、投诉人、成交供应商及其所提供设备的制造商郑州安图生物工程股份有限公司代表开展全自动微生物质谱检测系统项目投诉答疑会，经过

投诉人与成交供应商双方质证答疑，现本项目已调查完结，根据项目实际情况，就所投诉问题做出如下处理：

1. 关于投诉事项 1 的处理意见。经向制造商郑州安图生物工程股份有限公司核实，Autof ms600 质谱检测系统具备正负离子图谱对比分析及基于脂质指纹图谱库的微生物鉴定功能。该投诉事项缺乏事实依据，投诉不成立。

2. 关于投诉事项 2 的处理意见。成交供应商响应文件《技术规格响应/偏离表》中提及“真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于 300L/S”，被投诉人在质疑答复函中提及“成交供应商提供的 Autof ms600 的前级真空泵为内置无油泵或外置机械油泵，可根据使用单位实际需求选配”，经向制造商郑州安图生物工程股份有限公司核实，Autof ms600 前级泵为内置无油泵，符合谈判文件要求。该投诉事项缺乏事实依据，投诉不成立。

3. 关于投诉事项 3 的处理意见。经向制造商郑州安图生物工程股份有限公司核实，Autof ms600 质谱仪的鉴定结果微生物名称可以同时输出中文和拉丁文。该投诉事项缺乏事实依据，投诉不成立。

4. 关于投诉事项 4 的处理意见。经向制造商郑州安图生物工程股份有限公司核实，根据标配检索鉴定软件现场演示结果显示 Autof ms600 给出质谱鉴定结果可在设备制造商公安部和工信部备案的云端数据库进行结果比对，优于谈判文件条款。该投诉事

项缺乏事实依据，投诉不成立。

5. 关于投诉事项 5 的处理意见。根据郑州安图生物工程股份有限公司提供的《技术参数确认函》及《安图微生物数据库部分分枝杆菌菌种清单》，Autof ms600 特色数据库：分枝杆菌数据库种类数量符合谈判文件要求。该投诉事项缺乏事实依据，投诉不成立。

6. 关于投诉事项 6 的处理意见。经向制造商郑州安图生物工程股份有限公司核实，Autof ms600 可以提供同品牌重复使用不锈钢靶板和一次性硅基靶板。该投诉事项缺乏事实依据，投诉不成立。

#### 四、处理决定

综上，本机关做出处理决定如下：

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第二十九条第（二）项之规定，投诉事项缺乏事实依据，投诉不成立，对投诉人的投诉请求不予支持，驳回投诉。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向于都县人民政府申请行政复议，也可在决定书送达之日起六个月内向赣州市内具备管辖权的人民法院提起行政诉讼。



于都县财政局办公室

2023年4月21日印发